INDICADORES BIOLÓGICOS

SP220 VAPOR 3H

Indicadores Biológicos Autocontidos para processos de esterilização à vapor

Indicador Biológico autocontido, de terceira geração, com resposta final em 3 horas, para controle biológico dos processos de esterilização à vapor saturado em autoclaves gravitacionais ou a vácuo. A tira com no mínimo 10^6 de esporos do *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953) encontra-se armazenada em uma ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo de microrganismo. A ampola plástica é fechada por uma tampa marrom com janelas laterais e protegida por um papel filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação, e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. O produto fluorescente que se gera com o resultado da atividade enzimática pode ser detectado com grande sensibilidade pela incubadora Bionova® IC10/20FR e Minibio.

Características Técnicas

Fabricante: **Terragene**
Marca: **Sispack®**
Modelo: **SP220**
Procedência: **Argentina**
Agente esterilizante: **Vapor**
Parâmetros: **Ciclos de 121°C a 135°C**
Tipo de leitura: **Fluorescência**
Temperatura de incubação: **60°C +/- 2°C**
Tempo de resposta: **03 horas**
Apresentação: **Caixa com 50 unidades**
Validade: **2 anos**
Registro ANVISA: **Dispensado**
Normas Regulamentadoras: **IRAM 37102-1, IRAM 37102-3, ISO 11138-1 e ISO 11138-3**.

Rua Doze de Setembro, 1173 CEP 02052-001 – São Paulo, SP 11 2955 2222 11 99491 5017
sispackmedical sispackmedical www.sispack.com.br

INDICADORES BIOLÓGICOS

SP220 VAPOR 3H

Indicadores Biológicos Autocontidos para processos de esterilização à vapor

Especificações

Armazenamento: Temp 10-30°C, HR 30-80%, manter protegido da luz e da exposição de agentes esterilizantes. A leitura por fluorescência deverá ser realizada durante 3h de incubação a 60°C. A leitura negativa se dá quando decorridas as 3h de incubação e a incubadora verifica que não há crescimento de microrganismo.

Projetado sob os padrões do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Rua Doze de Setembro, 1173 CEP 02052-001 – São Paulo, SP 11 2955 2222 11 99491 5017
sispackmedical sispackmedical www.sispack.com.br