INDICADORES BIOLÓGICOS

BT95 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 2H

Indicadores Biológicos Autocontidos para Processos de Esterilização por VH2O2

Indicador Biológico autocontido, de terceira geração, com resposta final em 2 horas, para controle biológico dos processos de esterilização por Peróxido de Hidrogênio. Uma população de esporos do *Geobacillus stearothermophilus* (ATCC 7953) encontra-se depositada sobre a superfície interna base da ampola plástica que também acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo de microrganismo. A ampola plástica é fechada por uma tampa branca com janelas laterais e protegida por um papel filtro hidrofóbico. Cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação, e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas. O produto fluorescente que se gera com o resultado da atividade enzimática pode ser detectado com grande sensibilidade pela incubadora Bionova® IC10/20FR e Minibio.

Características Técnicas

Fabricante: **Terragene**
Marca: **Bionova®**
Modelo: **BT95**
Procedência: **Argentina**
Agente esterilizante: **Peróxido de Hidrogênio – VH2O2**
Tipo de leitura: **Fluorescência**
Temperatura de incubação: **60°C**
Tempo de resposta: **2 Horas**
Apresentação: **Caixa com 50 unidades**
Validade: **2 anos**
Registro ANVISA: **Dispensado**
Normas Regulamentadoras: **IRAM 37102-1 e ISO 11138-1.**

Rua Doze de Setembro, 1173 CEP 02052-001 – São Paulo, SP 11 2955 2222 11 99491 5017
sispackmedical sispackmedical www.sispack.com.br

INDICADORES BIOLÓGICOS

BT95 PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 2H

Indicadores Biológicos Autocontidos para Processos de Esterilização por VH2O2

Especificações

Armazenamento: Temp 10-30°C, HR 30-80%, manter protegido da luz e da exposição de agentes esterilizantes.

A leitura por fluorescência deverá ser realizada durante 2 horas de incubação a 60ºC. A leitura negativa se dá quando decorridos 2 horas a incubadora verifica que não há crescimento de microrganismos.

Projetado sob os padrões do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 13485:2016 / NS- EN ISO 13485:2016.

Rua Doze de Setembro, 1173 CEP 02052-001 – São Paulo, SP 11 2955 2222 11 99491 5017

sispackmedical sispackmedical www.sispack.com.br