SANEANTES

FITA INDICADORA PARA ÁCIDO PERACÉTICO INDICPERAC 50-2000

Fita indicadora desenvolvida para a verificação da concentração mínima efetiva (MEC) do desinfetante de alto nível Ácido Peracético (PERAC 50 e PERAC 2000) durante o período de utilização desta solução.

A fita mede a concentração de Ácido Peracético através de uma reação química entre este composto e um composto químico presente na fita teste. A concentração mínima efetiva (MEC) do Ácido Peracético na solução será sinalizada pela coloração marrom escuro > (0,25%) da fita teste, após o período de contato, desde que está concentração seja satisfatória.

ATENÇÃO: Este produto foi desenvolvido exclusivamente para testes em solução de Ácido Peracético - PERAC 50 e PERAC 2000 – fabricados pela Empresa COSMODERMA.

Características Técnicas

Fabricante: **Cosmoderma**
Procedência: **Brasil**
Quantidade: **30 Unidades**
Registro ANVISA: **Isento**

Modo de Utilização

Para não contaminar a unidade onde está ocorrendo a desinfecção, colocar luvas de procedimentos antes de mergulhar a fita na cuba de imersão.

Após colocar as luvas, mergulhar a fita na solução do Ácido Peracético durante 5 a 10 segundos. Em seguida retirar a fita e eliminar com cuidado o excesso da solução, que pode dificultar a visualização do resultado. Aguardar por 30 segundos e comparar a cor que aparecer na fita com as cores que aparecem na escala de cores do frasco, que determinam os níveis de Ácido Peracético na solução.

Rua Doze de Setembro, 1173 CEP 02052-001 – São Paulo, SP 11 2955 2222 11 99491 5017
sispackmedical sispackmedical www.sispack.com.br