PACOTE TESTE DESAFIO

PCD26-C VAPOR TIPO 5

O pacote Teste Desafio liberador de carga de Uso Único foi desenvolvido com a finalidade de desafiar os processos de esterilização a vapor de equipamentos gravitacionais e com bomba de vácuo, segundo recomendações AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation). O teste é composto por uma série de barreiras permeáveis ao vapor entre as quais encontra-se um integrador químico Tipo 5.

Características Técnicas

Fabricante: **Terragene**

Marca: **Chemdye®**

Modelo: **PCD26-C**

Procedência: **Argentina**

Parâmetros (Pacote): **132/134ºC por 4 min. e 121ºC por 30 minutos**

Dimensões (Pacote): **10,5 x 6,5 x 1,8cm**

Composição: **Camadas de Folhas porosas, contendo 1 cartão auto adesivo para registro das informações, 1 integrador químico tipo 5 por mudança de limite, embrulhados em embalagem própria com indicador químico de processo externo.**

Tº do Integrador Químico: **121ºC, 128ºC e 134ºC**

Livre de Chumbos e Metais Pesados

Validade: **5 Anos**

Apresentação: **Caixa com 25 PCDs**

Registro ANVISA: **Dispensado**

Normas Regulamentadoras: **ANSI / AAMI ST79, ISO 11138-3 e ISO 11140-4.**

Rua Doze de Setembro, 1173 CEP 02052-001 – São Paulo, SP 11 2955 2222 11 99491 5017

sispackmedical sispackmedical www.sispack.com.br

PACOTE
TESTE DESAFIO

PCD26-C
VAPOR TIPO 5

Composição

Pacote pré-montado e de uso-único, contendo no centro um integrador químico de frente móvel IT26-C (Tipo 5). A barra escura ao longo da área ACCEPT/REJECT (ACEITAR / REJEITAR) deste indicador permite determinar se as condições de esterilização foram atingidas ou não. Ainda no interior do pacote, há um cartão autoadesivo para registro das informações do ciclo.

Impresso no exterior do pacote há um indicador de processo (Tipo 1), o qual após processo de esterilização altera a cor inicial azul claro para cinza, possibilitando a rápida visualização e separação dos itens processados dos que não foram processados.

Condições de Armazenamento: Temperatura 10 – 30ºC, HR 30 – 80% e manter sob abrigo da luz.

Monitorar de acordo com a Legislação Vigente.

Fabricado de acordo com as Normas de Gestão de Qualidade ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016.

Rua Doze de Setembro, 1173 CEP 02052-001 – São Paulo, SP 11 2955 2222 11 99491 5017
sispackmedical sispackmedical www.sispack.com.br